

NAVODILA ZA UPORABO (Slovenščina-SLO)
IN VITRO DIAGNOSTIČNI PRIPOMOČEK Z OZNAKO CE – za profesionalno uporabo v zdravstvu

- In vitro diagnostični pripomočki: epruveta, epruveta za določanje sedimentacije, posodica za vzorec, posodica za vzorec z žličko, petrijevka. Uporabljajte samo za odvzem vzorcev človeškega izvora, razen krvi. Izdelka ne uporabljajte za druge namene, ki se lahko štejejo za neustrezne. Pripomoček uporabljajte samo z ustreznimi dodatki.
- Uporabljajte zaščitne rokavice.
- Pripomočka ne postavljajte v bližino ognja.
- Izdelka ne uporabljajte, če mu je potekel rok uporabe, je poškodovan ali ima odprto embalažo.
- Hranite zunaj dosega otrok.
- Shranjujte na suhem mestu, stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe.
- Izdelek zavrzite v skladu z veljavno zakonodajo v zabojnik za biološko nevarne odpadke.
- Pred uporabo izdelka z določenimi snovmi preverite tabele odpornosti/združljivosti materiala.
- Pripomoček je namenjen za enkratno uporabo. Če pripomoček ponovno uporabite, se izgubijo vse njegove zmogljivosti in lastnosti.
- Vsak resen zaplet v zvezi s pripomočkom je potrebno sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu države, v kateri ima bolnik stalno prebivališče.

INSTRUCTIONS FOR USE (English-ENG)
CE IN-VITRO DIAGNOSTIC DEVICE – For professional healthcare use

- In-vitro diagnostic devices: test tubes, test tubes for sedimentation, sample container, sample container with spoon, Petri dish. Only for collection of specimens, other than blood, from humans. Do not use the product for any other use which would be considered improper. Only use the device with suitable accessories.
- Use protective gloves.
- Do not place the device near flame.
- Do not use the product if it is out of date, damaged or if the package is open.
- Keep out of reach of children.
- Store in dry place, away from sources of heat and direct sunlight.
- Dispose of the product in accordance with current legislation in force, in a biohazardous waste container.
- Before using the product with particular substances, check the table of material resistance/compatibility.
- The device is disposable. The reuse of the device will entail the loss of all performances and features.
- Any serious incident occurring in relation to the device must be reported to the manufacturer and to the Competent Authority of the State where the patient resides.

UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE (Hrvatski-HR)
CE IN-VITRO DIJAGNOSTIČKI UREĐAJ – Za profesionalnu zdravstvenu uporabu

- In vitro dijagnostički uređaji: epruvete, epruvete za sedimentaciju, posuda za uzorke, posuda za uzorke sa žlicom, Petrijeva zdjelica. Samo za prikupljanje uzoraka, osim krvi, od ljudi. Nemojte koristiti proizvod za bilo koju drugu uporabu, koja bi se smatrala neprikladnom. Koristite uređaj samo s odgovarajućim priborom.
- Koristite zaštitne rukavice.
- Ne stavljajte uređaj blizu plamena.
- Ne koristite proizvod ako mu je istekao rok trajanja, oštećen ili ako je pakiranje otvoreno.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Čuvati na suhom mjestu, dalje od izvora topline i izravne sunčeve svjetlosti.
- Odložite proizvod u skladu s važećim zakonima, u spremnik za biološki opasni otpad.
- Prije uporabe proizvoda s određenim tvarima provjerite tablicu otpornosti/kompatibilnosti materijala.
- Uređaj je jednokratan. Ponovno korištenje uređaja dovest će do gubitka svih performansi i značajki.
- Svaki ozbiljan incident koji se dogodi u vezi s uređajem mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj pacijent boravi.

NÁVOD K POUŽITÍ (Čeština-CZE)
IN VITRO DIAGNOSTICKÝ ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK S OZNAČENÍM CE – Pro profesionální použití ve zdravotnictví

- Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro: zkumavky, zkumavky pro sedimentaci, nádobka na vzorky, nádobka na vzorky se lžičkou, Petriho miska. Jsou určeny pouze pro odběr vzorků jiných než lidské krve. Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému použití, které by bylo považováno za nevhodné. Používejte zdravotnický prostředek pouze s vhodným příslušenstvím.
- Používejte ochranné rukavice.
- Nepoužívejte zdravotnický prostředek v blízkosti plamene.
- Zdravotnický prostředek nepoužívejte, pokud je prošlý, poškozený nebo pokud je obal otevřený.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a mimo přímé sluneční záření.
- Zdravotnický prostředek zlikvidujte v souladu s platnou legislativou v nádobě na biologický odpad.
- Před použitím produktu s konkrétními látkami zkontrolujte tabulku odolnosti/kompatibility materiálu.
- Zdravotnický prostředek je na jedno použití. Opětovné použití zdravotnického prostředku bude mít za následek ztrátu všech vlastností a funkcí.
- Jakákoli závažná událost, která se vyskytne v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku, musí být hlášena výrobci a příslušnému kontrolnímu orgánu daného státu.

GOLIAS



Golias d.o.o.
Cesta na Mesarico 2
1000 Ljubljana
+3861 429 70 10

SRN: SI-MF-000006917

